


## Kontrolní měrky pro metodu MT

### **KETOS - ring**

Měrka ke kontrole zkušebního procesu při DC magnetizaci pomocným vodičem; porovnání prášků z hlediska schopnosti detekovat podpovrchové vady

ASME Code V., 7  
 ASTM E 709  
 ASTM E 1444



### **KETOS - bar**

Měrka ke kontrole zkušebního procesu při podélné a přímé cirkulární DC magnetizaci; porovnání prášků z hlediska schopnosti detekovat podpovrchové vady

MIL STD 271

### **Indikátor pole**

Kontrola orientace magnetického toku a dostatečného zmagnetování  
 ASME Code V.  
 ASTM E 709  
 ASTM E 1444



### **Měrka Bertholdova**

Kontrola orientace magnetického toku a dostatečného zmagnetování

### **Měrka MTU 3**

Kontrola jakosti/vyčerpání suspenze; porovnání prášků/suspenzí z hlediska schopnosti detekovat jemné trhliny

